



Adresát:
Simply nature, s.r.o.
V zahrádkách 1952/50
13000 Praha - Praha 3

Č. dokumentu: 54068/24

Strana: 1/2

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 051928/24

Identifikace zakázky a vzorků

Doručeno dne: 13.6.2024
Číslo příjmu: 24051928
Odesílatel: Simply nature, s.r.o.
Datum odběru: 12.6.2024

Analýza(y) provedena(y) ve dnech: 14.6.2024 - 19.6.2024

Vzorky :

č.vzorku popis vzorku

CH 9937	Beggs Natural Calcium Aquamin
CH 9938	Beggs Fertility booster for men
CH 9939	Beggs Immunity
CH 9940	Beggs Premium Vitamin C
CH 9941	Beggs Probiotic Complex
CH 9942	Beggs Vitamin D3+K2

ODDĚLENÍ CHEMIE

Chemické vyšetření

Výsledky vyšetření vzorků metodou AAS

	Hg
	mg/kg původní hmoty
CH 9937	<0,0004
CH 9938	0,0029 (±8%)
CH 9939	0,0565 (±8%)
CH 9940	<0,0004
CH 9941	<0,0004
CH 9942	0,0055 (±8%)

Výsledky vyšetření vzorků metodou ICP

	Pb	Cd	Al
	mg/kg původní hmoty	mg/kg původní hmoty	mg/kg původní hmoty
CH 9937	0,334 (±16%)	0,237 (±15%)	136,0 (±15%)
CH 9938	0,030 (±16%)	0,030 (±15%)	24,7 (±15%)

	Pb	Cd	Al
	mg/kg původní hmoty	mg/kg původní hmoty	mg/kg původní hmoty
CH 9939	<0,010	0,024 (±15%)	1,09 (±15%)
CH 9940	<0,010	<0,005	<0,1
CH 9941	<0,010	0,020 (±15%)	4,56 (±15%)
CH 9942	<0,010	<0,005	<0,1

Uvedené analyty byly vyšetřovány dle následujících metod:

Analyt	Akreditace	Identifikace metody	Pracoviště
Olovo	Pb	A SOP 8.100.A (ICP-MS)	1
Hliník	Al	A SOP 8.100.A (ICP-MS)	1
Kadmium	Cd	A SOP 8.100.A (ICP-MS)	1
Rtuť	Hg	A SOP 8.4.A (AMA-254)	1

A = v rozsahu akreditace

< výsledek je menší než uvedená hodnota, > výsledek je větší než uvedená hodnota

Místo provedení vyšetření (pracoviště)

¹ Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

Uvedená rozšířená nejistota je vyjádřena jako $\pm$ % ze stanovené hodnoty (relativní vyjádření nejistoty) nebo $\pm$ hodnota v jednotkách parametru (absolutní vyjádření nejistoty). V případě absolutního vyjádření nejistoty měření není jednotka parametru za hodnotou nejistoty uvedena. Rozšířená nejistota je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %.

Laboratoř neodpovídá za odběr vzorků a správnost údajů dodaných zákazníkem. Data uvedená v částech „Identifikace zakázky a vzorků“, „Identifikace zakázky“, „Výsledky vyšetření“, „Identifikace vzorků a výsledky vyšetření“ jsou data dodaná zákazníkem vyjma výsledků, metody, čísla příjmu, čísla vzorků, dat doručení a dat provedení analýzy, označení ne/porušení úředního uzavření bezpečnostního sáčku, stanovení teploty při přepravě. Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám. Výsledky se vztahují pouze ke vzorkům, jak byly přijaty. Zkušební protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem akreditované zkušební laboratoře.

Datum vydání : 20.6.2024 Protokol vyplnil : Neubauerová Iva

Úhrada platby : FAKTURA

Na vědomí : 1x Simply nature, s.r.o., V zahrádkách 1952/50, 13000 Praha - Praha 3

Schválil :

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
vedoucí akreditované laboratoře,
ředitel SVÚ Jihlava

.....
Ing. Helena Čurdová
zástupce vedoucího oddělení, vedoucí
specializované laboratoře spektrálních
analýz

Ing. Alena Honzlová
vedoucí oddělení chemie, zástupce ředitele SVÚ Jihlava

----- Konec zkušebního protokolu -----